

KIRURGISKE MASKER Type IIR (DK)

REF: ZHIYI-17595



Opfylder kravene i: den europæiske standard EN 14683:2019 og (EU) 2017/745, 93/42/EEC.

Funktioner:

- Bakteriel filtrations effektivitet på >98 %.
- Trelagsmateriale polypropylen og smelteblæst stof.
- Beskyttelse mod væskestænk (R)
- Ikke steril
- Latex gratis
- Engangs
- CE mærket
- Blå

Produktförpackning: 50 stk

Størrelse: 175mmx90mm ±5
Length of ear loop: 165 ± 5 mm

Materialer: ikke-vævet stof polypropylen, smelteblæst polypropylen, polyamid + polyurethan

Opbevaringstid: 2 år fra fremstilling

Teknisk information	TYPE IIR
Bakteriel filtreringseffektivitet (BFE),	≥98 %
Væskegennemtrængning (kPa)	≥16,0 (120mmHg)
Respirationsmodstand (Pa/cm2)	<49

Brugsanvisning

1. Vask hænderne, før du tager masken ud af emballagen, og kontroller, at masken er intakt. Tag fat om øreelastikkerne, og anbring mundbindet med næseklemmen opad. Sæt øreelastikkerne omkring ørerne, og træk maskens overkant op over næseryggen og underkanten ned under hagen.
2. Sæt øreelastikkerne bagom ørene.
3. Tryk masken til over næseryggen, så den slutter tæt mod huden.

EFTER BRUG

1. Fjern masken ved kun at tage fat om øreelastikkerne og ikke om selve masken.
2. Mundbindet smides derefter ud.
3. Vask hænderne

OPMÆRKSOMHED:

Udskift masken med det samme, hvis du har svært ved at trække vejret, hvis den er beskadiget, eller hvis den ikke slutter tæt.

Til voksne. Maskerne skal opbevares på et tørt og rent sted med en temperatur på mellem 10 °C og 35 °C og en luftfugtighed på 45 %-65 %. Vask ikke masken med vand. Kasseres efter brug.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af masken.

Fabrikant: Zhangjiagang Zhiyi Medical Health Products Co., Ltd Renmin road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, P.R. China +8651258527625

EU repræsentant: Shanghai International Holding Company, GmbH(Europe) Eiffestrasse 80,20537 Hamburg,

Fremstillingsland: Kina