

# UNICARE Nitril (GS003\*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril  
 Nitril • Puderfrei • Blau • Lebensmittelrecht • Unsteril •  
 Chemikalienschutzhandschuh EN 374 •  
 Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

## Spezifikationen:

Material: Nitril  
 Puder: Ungepudert  
 Inhaltsstoffe: Thiuramfrei, keine Proteine enthalten  
 Ärmel: Umbördelt  
 Design: Beidhändig  
 Oberfläche: Angeraute Fingerspitzen  
 Farbe: Blau  
 Qualitätssicherung:  
 EN 374 CAT III - Typ C;  
 EN ISO 21420;  
 EN 455 Teil 1-4;  
 DIN EN ISO 13485:2021

## Artikelnummer und Fett:

GS0031 | Extra klein  
 GS0032 | Klein  
 GS0033 | Mittel  
 GS0034 | Groß  
 GS0035 | Extra groß

## Verpackung:

100-teilige Profi-Box  
 10 Boxen pro Karton

## Einstufung:



## Prüfparameter

Prüfkriterien	AQL-Prüfungsniveau	
Masse	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
1000 ml Wasserdichtigkeitstest	G-1	1,5
Kontrolle großer Fehler G-1	2,5	
Schalten Sie den kleineren Fehler G-1 ein	4,0	

## Masse

Art.-Nr. **GS0031 GS0032 GS0033 GS0034 GS0035**  
**Größe XS = 5-6 S = 6-7 M = 7-8 L = 8-9 XL = 9-10**  
 Breite 75 ± 5 mm 85 ± 5 mm 95 ± 5 mm 105 ± 5 mm ÷ 110 mm  
 Länge ÷ 240 mm ÷ 240 mm ÷ 240 mm ÷ 240 mm ÷ 240 mm

## Materialfestigkeit

Maßnahmen	Einheitsgröße (mm)
Manschette (im Abstand von 40 mm) (zum umbördelten Rand)	0,05
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,08
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,09

## Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkrafte im Median (N)	Min. 6,0	Min. 6,0

## Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2  
 CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Irland  
 (Benannte Stelle 2834)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationsniveau	EN374-4:2019 Abbaugrad %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-5,3

## Beachten

Die hervorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
 Änderungen vorbehalten.



## UNIGLOVES DEUTSCHLAND

Bedarf an Ärzten und Kliniken  
 Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71  
 D-53842 Troisdorf +49  
 ☎️ (0) 2241-9323-0  
 ✉️ unigloves@unigloves.de  
 🌐 uniloves.de



ughealthcarecorporation.com