# MICRO-TOUCH®
Untersuchungshandschuhe

# TECHNISCHES DATENBLATT

## MICRO-TOUCH® Nitrile

Puderfreier unsteriler Untersuchungshandschuh aus Nitril

Ausgabedatum 20-06-2017

### PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| **Material** | Nitril |
| **Farbe** | Weiß |
| **Form** | Beidhändig |
| **Manschette** | Rollrand |
| **Oberfläche** | Texturierte fingerspitzen |
| **Innenfläche** | Polyacrylatbeschichtung |

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| **Wandstärke** (einwandig) Typische Durchschnittswerte (mm) | Finger<br>Handfläche<br>Manschette | 0,100<br>0,070<br>0,060 |
| **Mindestlänge (mm)** | 240 | |
| **Wandstärke** (Durchschnittswerte) | Vor Alterung | Nach Alterung |
| **Dehnbarkeit (%)** | 574 | 563 |
| **Reißkraft (N)** | 6,6 | 7,3 |

### VERPACKUNG UND LAGERUNG

| | |
|---|---|
| **Verpackung** | 10 x 150 Stück / 1500 Stück pro Karton, 10 x 120 Stück / 1200 Stück pro Karton (Größe:XL) |
| **Mindesthaltbarkeit** | 3 Jahre |
| **Lagerung** | Vor direktem Sonnenlicht schützen. Kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern. |

### BESTELLNUMMERN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Größe / Bestellnummer** | **XS** | 700151 | **S** | 700152 |
| | **M** | 700153 | **L** | 700154 |
| | **XL** | 700155 | | |

### EIGENSCHAFTEN UND VORZÜGE

- Erhöhter Barriereschutz
- Umweltfreundliche Vorteilspackung
- Tragekomfort und Passform vergleichbar mit Latex
- Minimiert Typ-I-Allergierisiken
- Weiße Farbe für eine gute Erkennbarkeit von Verunreinigungen

### HERSTELLUNG UND SICHERHEITSSTANDARDS

| | |
|---|---|
| **AQL (Mikrolöcher)** | • Wasserhaltetest<br>• Gemäß EN 455-1: Inspektionsebene I AQL 1,5 |
| **Proteingehalt** | Nicht anwendbar: frei von Naturkautschuklatex |
| **Pyrogene** | Frei von Pyrogenen gemäß ISO 10993-11 |
| **Primäre Hautreizungen** | Keine Einstufung als primär hautreizend gemäß FHSA-Richtlinien 16 CFR 1500 |
| **Hautsensibilisierung** | Kein Nachweis einer verzögerten Sensibilisierung bei Hautkontakt gemäß ISO 10993-10 |
| **Virenpenetration** | Besteht ASTM-F-1671 mit dem Bakteriophagen PhiX174 |
| **Permeation von Zytostatika** | Durchbruchszeiten gemäß EN374-3 auf Anfrage erhältlich |
| **Sterilisation** | Nicht zutreffend |
| **CE-Kennzeichnung** | Medizinprodukt: Klasse I<br>Persönliche Schutzausrüstung: Kategorie III |
| **Konformität des Produkts** | EN 455 Teile 1, 2, 3, 4<br>EN 374 Teile 1, 2, 3<br>EN 420 |
| **Herstellungsstandards** | ISO 13485<br>ISO 9001 |
| **Lebensmittelkontakt** | Einschränkungen gemäß Richtlinie 2007/19/EG siehe Konformitätserklärung (Lebensmittel).<br>EG-Verordnung 1935/2004<br>Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. |
| **Registrierungs-behörde** | Centexbel (0493): Persönliche Schutzausrüstung (PSA) |

### PIKTOGRAMME

EN374 EN374

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung.

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell