



MC 2HI

FFP2 PREMIUM ATEMSCHUTZ- MASKE

PREMIUM PROTECTION MASK

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die FFP2 NR Premium Atemschutzmaske schützt den Träger vor festen und nicht verdampfbaren Flüssigkeitspartikeln und bietet zudem einen wirksamen Atemschutz vor schädlichen Partikeln, Krankheitserregern und Aerosolen. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Vliesstoff. Der Nasenbügel und die Ohrhengummibänder sorgen für eine optimale Passform. Die filtrierende Halbmaske MC 2HI ist ein effektiver Mund-Nasenschutz im Kampf gegen Viren.

VERWENDUNGSGRENZEN

Die FFP2 NR filtrierende Halbmaske MC 2HI besteht aus 4 Lagen. Sie bietet damit eine bis zu 99 %ige Filtration und somit den höchsten Schutz. Sie schützt vor Feinstaub, schädlichen Kleinstpartikeln, aber auch vor infektiösen Aerosolen. Frei von Nano-Silber, Graphen, Begasungsmittel, Latex, Fiberglas.

Eine passend sitzende Maske ist während der Tragezeit absolut erforderlich. Vor der Verwendung muss der Träger sich auf die richtige Anwendung im Einklang mit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsstandards vergewissern. Aufgrund einer einheitlichen Größe der Maske, kann es bei Anwendern mit unterschiedlichen Kopfformen zu keiner optimalen Passform kommen. Wir empfehlen hierzu einen Maskenentlastungsclip. Die Befestigung kann bei Bedarf auch durch Einknoten gekürzt werden. Einheitsgröße.

HINWEISE / WARNUNGEN

Verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht, wenn:

- + in der Umgebung Metall zu einer Gefährdung führen kann, da der Nasenbügel Metall enthält
- + der Sauerstoffgehalt weniger als 19,5 % beträgt
- + Sie eine Verunreinigung bzw. Gefahrstoff riechen oder schmecken
- + es sich um einen Feuer- und explosionsgefährdeten Bereich handelt

Verlassen Sie den Arbeits- bzw. kontaminierten Bereich sofort, wenn Schwindel / Benommenheit, Reizungen oder andere Beschwerden auftreten oder wenn das Atmen schwerfällt. Legen Sie den Atemschutz ab und ersetzen Sie ihn, wenn er beschädigt oder mit Blut oder anderen infektiösen Materialien kontaminiert wurde. Ein zu langes Tragen der Maske kann zu Irritationen und/oder Druckstellen an den Ohren führen. An der Maske dürfen keine Modifikationen oder Reparaturen vorgenommen werden. Die MC 2HI schützt den Anwender nicht vor Gasen oder Dämpfen, liefert keinen Sauerstoff und kann das Risiko einer Ansteckung oder Infektion nicht ausschließen. Das Produkt ist nur für eine Tragedauer von max. einer Schicht vorgesehen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann die Leistungsfähigkeit der MC 2HI beeinträchtigen. Lagerungshinweise finden Sie auf der Verpackungseinheit. Die Maske ist nicht für andere als die beschriebenen Zwecke vorgesehen und darf in diesen Fällen nicht verwendet werden.

HINWEISE ZUR ZERTIFIZIERUNG & KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die FFP2 NR Premium Atemschutzmaske MC 2HI ohne Ventil entspricht den Anforderungen der Norm EN 149:2001+A1:2009 (Atemschutzgeräte) sowie der Verordnung (EU) 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung) und ist somit CE gekennzeichnet. **Die geltenden Bestimmungen können im Zertifikat sowie der Konformitätserklärung eingesehen werden unter: www.sws-medicare.de** Filtrierende Halbmasken erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und sind entsprechend CE gekennzeichnet. Sie wurden gemäß EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR geprüft. CE-Zertifizierungsstelle: GÉPTESZT Termelőszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft. Jablonka u. 79 | 1037 Budapest. Country : Hungary. Notified Body number : 2233



ANLEITUNG ZUM AUF- UND ABSETZEN DER FFP2 NR MASKE

(1) Halten Sie die Maske so, dass der biegsame Streifen oben liegt. (2) Ziehen Sie die Unterseite der Gesichtsmaske über Ihr Kinn. Legen Sie eine Schlaufe um jedes Ohr. **Die Befestigung kann bei Bedarf durch Einknoten gekürzt werden.** (3) Drücken Sie den Nasenstreifen zusammen, um die Form anzupassen. Überprüfen Sie die Dichtheit der Maske vor Betreten des Raumes. (4) Berühren Sie die Maske während des Entfernens nur an den Trägern. Die Außenseite der Maske kann kontaminiert sein. Entsorgen Sie sie sofort in einem geschlossenen Behälter. Die Maske muss im Restmüll entsorgt werden. Kontaminierte Masken (z.B. Tuberkulose oder CoVid) müssen entsprechend den jeweiligen Hygienevorschriften fachgerecht entsorgt werden. (5) Vor und nach dem Ablegen der Maske, desinfizieren Sie bitte die Hände.



DICHTIGKEITSKONTROLLE

Legen Sie beide Hände vorsichtig über die Maske. Atmen Sie kräftig aus. Bei Luftaustritt im Nasenbereich ist der Nasenbügel anzupassen. Bei Leckagen am Maskenrand sind der Sitz der Maske und die Befestigung zu korrigieren. Die Atemschutzmaske ist nur wirksam, wenn sie richtig aufgesetzt, angepasst und während der gesamten Zeitdauer getragen wird, in der der Träger einen Schutz benötigt.

