

Date: July 06, 2022

Dear Valued Customer,


Certificate of Analysis

Product Specification Code: LOOOGF-B-WHT-OS-IE-NS
Product Name : Latex Gloves, Powder Free, Chlorinated, Non Sterile
Glove Color : WHITE

Characteristics	Specification LOOOGF-B-WHT-OS-IE-NS	Average Actual Result (New former 1267)
1.Length (mm.)		
- All Size	XS, S Min 220 M, L, XL Min 230	241
2. Width (mm.)		
- XS	70+/-10	77
- S	80+/-10	89
- M	95+/-10	98
- L	110+/-10	108
- XL	120+/-10	-
3.Single Wall Thickness (mm.)		
- Finger	Min 0.08	0.12
- Palm	Min 0.08	0.10
4. Physical Properties		
4.1 Before Aging		
- Tensile strength (MPa)	Min 18	27
- Elongation (%)	Min 650	819
4.2 After Aging		
- Tensile strength (MPa)	Min 14	26
- Elongation (%)	Min 500	831
5. Hole	AQL ≤ 4.0	

Remark: 1.Average test results of January – May 2022

Best Regards,



Ms. Sureerat Choosri

Product Manager (Glove)



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต

เลขที่ 1-1-04-02-23-00078

ใช้ได้ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2568

ให้ไว้เพื่อรับรองว่า

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

110, 109/2, 110/3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ได้มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2548
ซึ่งสอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล

ขอบข่ายการรับรอง : การออกแบบและพัฒนา และการผลิตเครื่องมือสำหรับการตรวจโรค จากน้ำยางธรรมชาติ
และน้ำยางสังเคราะห์ และเครื่องมือสำหรับการคัดสรรจากน้ำยางธรรมชาติ

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566



ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนคิวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 66 2590 7280. 66 2590 7284 โทรสาร 66 2590 7280

Serial No. **AA 123831**



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

GMP CERTIFICATE

Ref. No. 1-1-04-02-23-00078

Valid until : 12 August 2025

It is hereby certified that

Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

*110, 109/2, 110/3, Kanjanavanit Road, Pahtong,
Hat Yai, Songkhla 90230, THAILAND*

**is found to conform to the current Medical Device Good Manufacturing Practice 2005
laid down in accordance with the International Standard Requirements.**

*Scope : Design and Development and Manufacturing of Examination Gloves from Natural
and Synthetic Latex and Surgical Gloves from Natural Latex*

Issued on: 12 May 2023

(Dr. Withid Sandeechakool)
Deputy Secretary-General
For Secretary-General
Food and Drug Administration

Certified since : 13 August 2019

**Medical Device Control Division, Food and Drug Administration, Ministry of Public Health
88/24 Tiwanon Road, Nonthaburi 11000, Thailand
Tel.66 2590 7280,66 2590 7284 Fax.66 2590 7280**

Serial No.....**AA 123832**.....