



1. Käytä aina kertakäyttökäsineitä, kun otat solunäytteitä. Varmista, että harjan pää on tiukasti kiinni ennen näytteenottoa.


Kertakäyttöinen harja. Ei steriili.




2. Harjaa voidaan käyttää sekä näytteen ottamiseen aluslaseille (sytologia) että nestepohjaisiin viljelmiin (sytologia ja HPV). Käytetään yhdessä gynekologisen solunäytteen ottamiseen tarkoitetun spaattelin kanssa.




3. Valmistaite näytemateriaali; aluslasi tai astia, johon on merkitty potilastunnus.




4. Käytä erillistä tähyntintä. Vältä liukastusainetta, mikäli mahdollista; muussa tapauksessa käytä niukasti tähyntimen alapuolelle. Varmista, että sinulla on hyvä yleiskäsitys kohdunkaulasta.




5. Ota ensin näyte spaattelin avulla; vie sen kärki ulkoaukkoon. Raaputa kevyesti painamalla koko kohdunnapukan pinnalta, 360 astetta. Siirrä kahvaa koko pinnan raaputtamiseksi.




6. Raaputa spaatteliin kiinnittyneet solut aluslaseille tai nestettä sisältävään astiaan.



7. Vie harja tämän jälkeen kohdunkaulakanavaan ja pyöritä sitä varovasti 1/5–1 kierrosta. Ole erityisen varovainen, jos potilas on raskaana.



8. Raaputa solut aluslasille tai sekoita niitä vahvasti nestettä sisältävässä astiassa painaen spaattelia/harjaa astian seinää vasten.



9. Sulje lasikyvetti heti, jotta solut eivät tuhoutuisi ilmassa kuivumisen seurauksena. Lähetä näyte laboratorioon.

VAROITUS

Vain lääkinälliseen käyttöön.

ÄLÄ käytä pallolla varustettua Cetrobrush-harjaa endometriumin näytteenottoon.

Käytä vain kohdunkaulan näytteenottoon.

Käytä varovasti, kun potilas on raskaana.

Huomaa että solunäytteiden ottamisen yhteydessä voi esiintyä vähäistä limakalvon verenvuotoa. Lue lisää osoitteesta kunkskapsbanken.cancercentrum.se - cytology and HPV cell sampling.
















1170 – Harja ilman palloa

1180 – Harja ja pallo

1180-S – Harja ja pallo (steriili)

1375 – Muovilasta

Etikettien tekstin selitykset ja käyttöohjeet.

 Katso käyttöohjeita	 Valmistuspäivä	 Ei saa käyttää uudelleen
 Tuotenumero	 Vanhenemispäivä	 Älä steriloi uudelleenkäyttöä varten
 Erän numero	 Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut	 Lämpötila-alue 0 - 30 °C
 Erän numero	 ^{70%} Kosteus 0-70 %	 Steriloitu etyleenioksidilla
 Pidettävä kuivana	 Suojele auringonpaisteelta	 Täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston lääkinällisiä laitteita koskevan 5. huhtikuuta 2017 annetun asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset.



40-1170/1180/1375/1180-S-220202



Wing Plast AB, Nitgatan 11, 333 33 Smålandsstenar, Sweden, +46 371 330 30, www.wingplast.se

