

## Vega imulaite PIKAOHJE

Käsikahvalla varustettu kannettava Vega-imulaite on tarkoitettu eritteiden imemiseen ylähengitysteistä ja nenänielusta. Laitteessa on imutehon säätö ja tehon indikaattori.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 220-230V.

Virtaus: 16 l/min.

Max. imu: -0,75 bar (563mm/Hg).

täyttää standardin 93/42/ECC vaatimukset.

Virrankulutus: 184 W.

Mitat: 35 x 21 x 18 cm, paino 2,5 kg.



*Imulaite sisältää:*

1. monikäyttöisen, pesun ja steriloinnin kestävän imukanisterin 1L ja kannen ylivirtausventtiilijärjestelmällä.

2. antibakteerisen filtterin.



3. silikoniset imuletkut.



3. pestävän ja monikäyttöisen adapterin imuletkun ja imukatetrin yhteen liittämiseen:



### Laitteen käyttöön saattaminen:

1. Liitä laite verkkovirtaan.
2. Varmista, että imukanisterin kansi on kierretty tiukasti kiinni imukanisteriin.
3. Liitä silikoninen imuletkun pätkä (n.20cm) laitteeseen ja liitä toiseen päähän antibakteerinen filtteri.
4. Liitä filtteriin toinen silikoninen imuletkun pätkä (n. 20cm) ja laita imuletku kiinni imukanisterin kannen ulokkeeseen, jossa lukee "VACUUM".
5. Liitä silikoninen imuletku (n. 1,2m) imukanisterin kannen ulokkeeseen, jossa lukee "PATIENT".
6. Liitä silikonisen imuletkun toiseen päähän monikäyttöinen adapteri.
7. Kiinnitä adapteriin sopiva imukatetri.
8. Tarkista vielä, että kaikki liitännät ovat tiiviit ja että imuletkut istuvat tiukasti paikoillaan.

9. Käynnistä laite virtapainikkeesta.
10. Alipaineen luominen kanisteriin: *säädä imutehoa medium/max ja tuki samalla ilmavirtaus (30 sekuntia) taittamalla imukatetria kaksin kerroin TAI laittamalla sormi monikäyttöisen adapterin päälle TAI puristamalla potilaaseen menevää imuletkua kasaan esim. bänkeillä. Imulaitteen mittarin viisari nousee osoittaen imutehon ja palautuu takaisin noltaan, kun imu vapautetaan.*
11. Imulaite on nyt käyttövalmis. Tarkista vielä sopiva imuteho/Hengitysteiden imemiseen teho enintään 20Kpa/150 mmHg TAI hoitoyksikön ohjeen mukaan.

Muuta:

Vaihda antibakteerinen filtti 1–6 kk välein käytön tiheyden mukaan/ potilaiden vaihtuessa/ kun filtti on värjäätynyt/kerännyt kosteutta tai muutoin vaurioitunut.

***Vega imulaitteen filtti. Lyreco tuotenumero: 12.769.688***

***Huom! Laitteen kanssa voidaan käyttää myös erikseen tilattavia kertakäyttöisiä imupusseja. Lyreco tuotenumero: 12.769.393***

***Huom! Kertakäyttöisen imupussin käyttöä varten tulee hankkia lisäksi yhteensopiva imukanisteri. Lyreco tuotenumero: 12.769.677***