

Huolto-ohje Yuwell happirikastin 3L 7F-3A

Yuwell happirikastimen säännöllinen huolto pidentää laitteen käyttöikää. Helposti toteutettava huolto on laitteen käyttäjän toteutettavissa, eikä vaadi määräaikaishuoltoa huoltoliikkeessä.

Huom! kts. käyttöohjeet sekä turvallisuustiedotteet valmistajan käyttöohjeesta.

Huolto-ohje:

1. Sulje laite ja irrota virtajohto virtalähteestä ennen huoltotoimenpiteitä
2. Pyyhi laitteen ulkopinta vähintään kerran kuukaudessa. Pidä laitteen ulkopinta puhtaana ja pölyttömänä. Laitteen voi puhdistaa lääkinällisille laitteille tarkoitetulla puhdistusliinalla tai miedolla yleispuhdistusaineella ja vedellä. Käytä pehmeää liinaa.
3. Vaihda laitteen suodattimet (2kpl) vähintään 3 kuukauden välein; potilaan vaihtuessa; jos suodattimet ovat tummuneet/värjäytyneet. *Lyreco tuotekoodi suodattimille: 12.918.582 Pakkaus sisältää 5kpl suodatin II ja 5kpl suodatin I*

Huom! laitetta ei saa koskaan käyttää ilman suodattimia.



Säilytä laite suojaan suoralta auringonvalolta sekä pölyltä.

Vikatilassa seuraa *laitteen käyttöohjeen* ongelmanratkaisutaulukkoa tai ota yhteyttä valmistajaan:

Jiangsu Yuyue Medical equipment & supply Co Ltd, Baisheng Road No.1, Yuwell Industrial Park, DanYang, JiangSu Province, P.R.China Western Europe:

Cell: [+86 17768759766](tel:+8617768759766), Tell: [+86 0511 86900859](tel:+86051186900859)

maonan@yuyue.com.cn

www.yuwell.com

Happirikastimien korjaus/huoltoliike Suomessa:

Primamedical Oy

Hermannintie 3, 11710 Riihimäki

p. 050 343 4008

info@primamedical.fi

veikko.haimakainen@primamedical.fi