



SCHEDA TECNICA

Codice/cod.	KIT012
Prodotto:	Kit di benvenuto
Contenuto confezione:	Kit individuale composto da una mascherina 3 veli (MAS208), due salviettine disinfettanti Salviette GERMOCID (TOW231) Multiusi e un paio di guanti sterili in copolimero (GUA168).



Caratteristiche tecniche

MAS208 – Mascherina chirurgica

Struttura a 3 veli, realizzata in tessuto anallergico interno/esterno di alta qualità senza materiali dannosi, soffice sulla pelle che garantisce buona respirabilità. Dotata di elastico di alta qualità fissata con punto di saldatura sulla parte esterna in modo da evitare irritazione della pelle, dotata di stringi naso adattabile. Efficienza filtrante (B.F.E.) > 98% secondo norma EN14683. Resistenza al flusso respiratorio conforme alla norma EN14683. Non contiene fibre di vetro. Non contiene Lattice. Non sterile.

Materiali

Composizione della mascherina	Esterno	Tessuto non tessuto
	Filtro	Melt Blow
Composizione del fermo naso	Interno	Tessuto non tessuto
	Alluminio	
Composizione elastico	Poliestere cucito	

Specifiche

Colore	azzurra
Misure	17.5 x 9.5 cm
Certificati	CE; EN14683
Standard di produzione	GB/T32610-2016
Data di scadenza	36 mesi



TOW231 - Salviettina Disinfettante Multiuso

Composizione

100,00 g di prodotto contengono:

Benzalconio cloruro 0,50 g; O-fenilfenolo 0,01 g; Alchilisoquinolina Bromuro 0,20; Estratto di camomilla in soluzione alcolica, eccipiente detergente; acqua depurata q.b. a 100,00 g.

Caratteristiche

Fazzolettino in TNT profumato.

Attività

Il Benzalconio cloruro associato a O-fenilfenolo garantisce un completo spettro d'azione nei confronti dei batteri Gram-positivi, Gram-negativi e dei funghi.

Test

EN1040; EN1275; EN13727; EN1650; EN1500.

Validità

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

Controlli qualità

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

Autorizzazioni

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 12.671.

GUA168 – Guanti sterili in copolimero

Guanti in copolimero, supporto guanto in carta, involucro carta/film per sterilizzazione, latex free