

Instrukcja użytkowania

- Nazwa: **medaSEPT nitrile PF**
- Produkt:
 - Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, do jednorazowego użycia, pasują na prawą i lewą dłoń, środek ochrony osobistej cat. I do minimalnego ryzyka,
 - Dostępne rozmiary: XS (5-6), S (6-7), M(7-8), L (8-9), XL(9-10)
 - Projekt i oznakowanie odpowiada MDD 93/42/ EEC oraz PPE 89/686/ EEC
- Warunki transportu i przechowywania:
 - chronić przed światłem słonecznym, fluorescencyjnym i ozonem
 - przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5–30°C
 - zalecana wilgotność względna pomieszczenia, w którym są przechowywane rękawice to 60±20%
 - przechowywać rękawice w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych i źródeł ognia
 - nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, paliw, smarów
 - opakowania kartonowe rękawic przystosowane są do transportu i składowania
- Czyszczenie: rękawice jednorazowe- nie podlegają czyszczeniu
- Postępowanie z odpadami (utylizacja):
 - Używane rękawice mogą być zanieczyszczone biologicznie lub niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
 - Rękawice po użyciu należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
 - Zakopywanie lub spalanie rękawic należy przeprowadzać w warunkach kontrolowanych
- Środki ostrożności:
 - Przed użyciem rękawice należy sprawdzić pod kątem wszelkich defektów i niedoskonałości wykonania
 - Jeżeli w wyniku użytkowania rękawice są pęknięte , rozdarte lub przebite, należy je natychmiast wymienić, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy użyć nowej pary rękawic
 - Należy wszystkie substancje chemiczne utrzymywać z dala od skóry, nawet gdy nie są one niebezpieczne
 - W przypadku, gdy substancja chemiczna przedostanie się do skóry, należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody z dodatkiem mydła
 - Unikać rękawic zabrudzonych od środka – mogą one wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych urazów
 - Nie używać rękawic, gdy istnieje ryzyko pochwylenia przez ruchome części maszyn
 - Rękawic nie należy używać w styczności z otwartym ogniem oraz do ochrony przed wszelkiego ostrymi narzędziami
 - Rękawice nie są przeznaczone do spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, promieniowaniem jonizującym, ani przed działaniem zimnych i gorących przedmiotów

- Należy używać minimum 1 pary rękawic do jednego pacjenta i jednej procedury medycznej- rękawice jednorazowe
- Podczas użytkowania rękawic należy stosować łagodne środki myjące i dezynfekcyjne, które nie drażnią skóry rąk
- Przed nałożeniem rękawic, zalecane jest dokładne osuszenie skóry rąk
- Po każdorazowym zdjęciu rękawic zalecane jest dokładne umycie rąk, osuszenie i zastosowanie kremu pielęgnacyjnego
- Długość rękawic ochronnych poniżej 270 mm- rękawice do celów specjalnych, gdyż także są to rękawice diagnostyczne
- Składniki niebezpieczne:
 - Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, iż mogą być ewentualną przyczyną alergii u osób na nie uczulonych, u których mogą rozwijać się kontaktowe podrażnienia i/lub reakcja alergiczna
 - W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską
- Uwagi końcowe:
 - Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą do pomocy przy wyborze przez użytkownika właściwego środka ochrony osobistej
 - Wyniki badań i testów laboratoryjnych mają na celu ułatwienie wyboru, jednak nie symulują rzeczywistych warunków eksploatacji
 - Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność ostatecznej decyzji o zastosowaniu danego środka ochrony indywidualnej do zamierzonego działania
 - Produkt częściowo rozdarty lub uszkodzony należy bezzwłocznie wycofać z eksploatacji, ponieważ nie zapewnia deklarowanej przez wytwórcę ochrony, a jego dalsze stosowanie może być przyczyną dodatkowych zagrożeń
 - Rękawice nie zabezpieczają przed ryzykami nie wymienionymi w niniejszym dokumencie.
- Podmiot odpowiedzialny : Medasept Sp. z o.o., ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań