



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Rubberex Spain S.L declara bajo su responsabilidad que el EPI descrito a continuación:

Guante de Nitrilo Gentle Touch.
Referencia 0190 para talla Small
Referencia 0191 para talla Medium
Referencia 0192 para talla Large
Referencia 0193 para talla X-Large



Este EPI se ha etiquetado de forma Dual, como producto Sanitario y producto de protección EPI. Guante de Categoría III y bajo el reglamento (EU) 2017/745 sobre Productos Sanitarios como Clase I, guante de examinación no estéril según RD 1591/2009

Este EPI se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (EU) 2016/425, según la norma EN 420:2003+A1:2009, requisitos generales para los guantes EN ISO 374-1:2016/A1:2018 protección contra productos químicos y EN ISO 374-5:2016 protección contra microorganismos (Hongos, virus y bacterias) que le son aplicables según consta en el certificado nº. 18/0213/01/0161 expedido por el organismo notificado Aitex (0161). Situado en:

Plaza Emilio Sala, 1 E- 03801 Alcoy (Alicante)

El guante es certificado a nombre de Rubberex Spain y el Módulo C2 está realizado por Rubberex Spain en España.

Modulo C2 realizado por mismo ON, Aitex, (0161) con report nº 2019TM0180UE. Situado en Plaza Emilio Sala, 1 e -03801 Alcoy (Alicante)

El Guante Gentle Touch es fabricado por:

RUBBEREX ALLIANCE SDN BHD

Company No:691964-A (GST No: 001698185216

Lot 138201 Off ¼ Mile, Jalan Bercham,

Kawasan Perindustrian Bercham,

31400 Ipoh, Perak, Malaysia.

Rubberex Alliance dispone y a fabricado siguiendo la ISO 13485:2016, expedido por TÜV SÜD, no Q6 090547

Representante Europeo:

Rubberex Spain S.L

P.I. Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor. N8 Nv12.

46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España.

Firmado por Erica Parra, Responsable de Certificación – Rubberex Spain

Valencia 28 de octubre 2020

