



Información Técnica:

Modelo Fabricante : LHKL-B-1

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR , fabricada en tres capas de tela no tejida y tejido filtrante, con tira nasal moldeable en Acero+PP y dos gomas de ajuste suaves.

1ª CAPA	2ª CAPA	3ª CAPA
Tela No Tejida 25g	Melt-Blown 25g	Tela No Tejida 20g

Clip Nariz: 11 cm

Elásticos de Ajuste: 17,5 cm

Medidas Mascarilla: 17,5 x 9,5 cm

Color: Bicolor - AZUL Cielo Capa Externa - AZUL Más Claro Zona Interna

Mascarilla y Gomas libres de Látex, Grafeno y Fibra de Vidrio, no produce irritaciones.

Normativas y Uso:

Producto Conforme al **Reglamento UE 2017/745** relativo a los productos sanitarios - Clase I

Producto Fabricado bajo los estándares de la Norma ISO 13485:2003+AC2007.

Mascarilla Fabricada en Sala Blanca Acorde a Normativa Vigente

La Mascarilla responde ante las exigencias de la norma **EN 14683:2019+AC2019**

Ensayo N°: GOLMOXKC355595L1

Laboratorio Acreditado por CNAS N°: L0412

Eficiencia de Filtración Bacteriana	Respirabilidad/Presión Diferencial	Limpieza Microbiana/Carga Biológica	Presión de Resistencia a Salpicaduras
>= 98%	< 60%	<= 30 UF/g	>=16

Instrucciones de Uso:

Comprobar el estado de la mascarilla y caducidad antes de su uso.

No utilizar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas

Lávese las manos antes de utilizar la mascarilla y toque únicamente la goma de la mascarilla

Colocar la mascarilla sobre nariz/boca y pasar las gomas por detrás de las orejas.

Ajustar adecuadamente la tira nasal y zona del mentón.

Evitar en todo momento tocar o manipular la mascarilla durante su uso.

Información Logística:

Etiquetado Conforme a la Norma 14683:2019+AC:2019 y Producto Sanitario Clase I.

Presentación:

- Estuche Dispensador de 50 unidades
- Embalaje Master de 2.000 unidades (40 dispensadores)
- Euro Palets de 32 Cajas

Cod EAN: 9 6974100420423- Made in China

UDI-DI Básico: 6974100423500AT4

Almacenar en un lugar seco, limpio y a temperaturas oscilantes entre 5° y 35°. No exponer de manera directa a la luz solar



Uhealth Medical (Beijing) Products Co., LTD

ROOM 703, No.19 Building, No.16, MA ZHU ROAD, ZHANG ZIYING TOWN,
DAXING DISTRICT, BEIJING, CHINA
T. 0086-87927887 Email: sales@uhealthbj.com Web: www.uhealthbj.com

Declaración UE de Conformidad

Reglamento (UE)2017/745 Sobre Productos Sanitarios

Fabricante: Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co., Ltd

Dirección: Room 703, No. 19 Bulding, No 16, Ma Zhu Road, Zhang Ziyong Town, Daxing District, Beijing, China

SRN Fabricante: CN-MF-000010566

Representante Legal Autorizado en la Unión Europea: MedPath GmnH.

Dirección: Mies-van-der-Rohe-Strasse 8 - 80807 Munich, Germany

SRN: DE-AR-00000087

Información Sobre Producto

Descripción: Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR Con Gomas - Ref. 3500A

Color: Azul

Modelo: LHKL-B-1

Packing: Embalaje de 2.000 unidades (40 paquetes de 50 unidades)

Basic UDI-DI: 6974100423500AT4

Finalidad Prevista: Protección respiratoria utilizada para prevenir el contacto directo o contaminación entra pacientes y personal sanitario.

Clasificación de Riesgo: Clase I según la Regla 1 del anexo VIII del Reglamento sobre Productos Sanitarios UE 2017/745 del 5 de abril de 2017.

Procedimiento de Evaluación de la Conformidad: Anexo II y III del Reglamento US 2017/745 del 5 de abril de 2017

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos mencionados anteriormente cumplen los requisitos del Reglamento sobre productos Sanitarios (UE) 2017/745 y las siguientes normas armonizadas:

EN ISO 14971:2012

EN ISO 15223-1:2016

EN ISO 1041:2008+A1:2013

Esta Declaración esta respaldada por la aprobación del Sistema de Calidad ISO 13485:2016 emitido por BCC Int - (miembro de IAF y UKAS Management System 8631) con Número de Registro UKZB23MD30059R0S

For and on behalf of
Uhealth Medical (Beijing) products Co., Ltd.
北京联合康力医疗器械有限公司

Authorized Signature(s)

Cybil Zhai / General Manager



En Beijing/China a 01 de Enero de 2024



Uhealth Medical (Beijing) Products Co., LTD

ROOM 703, No.19 Building, No.16, MA ZHU ROAD, ZHANG ZIYING TOWN,
DAXING DISTRICT, BEIJING, CHINA
T. 0086-87927887 Email: sales@uhealthbj.com Web: www.uhealthbj.com

Declaración Técnica

Fecha: 01 de Enero de 2024

Nosotros, Uhealth Medical (Beijing) Products Co., Ltd. declaramos bajo nuestra responsabilidad que la mascarilla comercializada por la comercial Luhepa Internacional, S.L. (B01985480), corresponde a nuestro modelo y especificaciones que siguen:

Modelo Ref. LHKL-B-1 = Ref. 3500A

- **Medidas:** 17,5 x 9,5 cm +/-0,5cm
- **Composición Capas:** (Materias Primas Usadas) 20+25+25g
- **Clip Nasal:** 11cm
- **Gomas:** 17,5 cm
- **Color:** Azul
- **BFE:** =>99%

Certificates:

Declaración de conformidad CE, acorde al reglamento (EU) 2017/745

Test Report:

EN14683 Type IIR - Adjunto

Representante Europeo

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse8
80807 Munich, Germany
CE Registrarion Number: DE/CA61/1M50/139

Declaramos que el producto no contiene entre sus materias primas, ni ha sido usado en su proceso de fabricación, envasado y manipulación **Grafeno, Látex y Fibra de Vidrio.**



Fecha: 01 de Enero de 2024

General Manager: Cybil Zhai

For and on behalf of
Uhealth Medical (Beijing) products Co., Ltd.
北京联合康力医疗器械有限公司

Cybil Zhai
Authorized Signature(s)

Sello y Firma Legal de la Empresa y Representante.



Información de Producto

Ref. 3500A

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR Con Gomas

Luhepa

INTERNACIONAL, S.L.

Member of
Uhealth Medical Group

Información Gráfica:

Embalaje Master



Foto Producto



Embalaje Dispensador:




Información Logística:

Estuche Dispensador de 50 unidades



Embalaje Master de 2.000 unidades (40 dispensadores)



Euro Palets de 32 Cajas





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0412

检测报告

(Test Report)

No. GOLMOXKC355595L1

样品名称 (Sample Description)	一次性医用口罩 Disposable Medical Face Mask
委托单位 (Applicant)	北京联合康力医疗防护用品有限公司 Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co.,Ltd

声明 Statement

1. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。
This report is invalid without special seal of inspection, cross-page seal and the approver's signatures.
2. 本报告页面所使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标,其受《中华人民共和国商标法》保护,任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、“谱尼”商标均为违法侵权行为,本单位将依法追究其法律责任。
The pattern and characters of "PONY" and "谱尼" used in this report are protected by the trademark law of the People's Republic of China. Any unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of trademarks of "PONY" and "谱尼" are the violations of the law. The PONY has the right to pursue all legal liabilities of the subject of the delict.
3. 委托单位对报告数据如有异议,请于报告完成之日起十五日内(初级农产品报告请于报告收到之日起五日内)向本单位书面提出复测申请,同时附上报告原件并预付复测费。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written retest application with the original report, and prepay the retest fees to PONY within fifteen days since the approval date (as an exception, it shall be within five days since the date received for the primary agriculture products report).
4. 委托单位办理完毕以上手续后,本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符,本单位将退还委托单位的复测费。
After the applicant finishes the procedure mentioned above, PONY shall arrange the retest as soon as possible. If the retest result accords with the applicant dissent, PONY shall refund the retest fees.
5. 不可重复性或不能进行复测的实验,不进行复测,委托单位放弃异议权利。
Tests that can not be repeated and tested shall not be carried out again.
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责,否则本单位不承担任何相关责任。
The applicant should undertake the responsibility for the provided samples' representativeness and document authenticity. Otherwise, PONY has not any relevant responsibilities.
7. 本报告仅对所测样品负责,报告数据仅反映对所测样品的评价,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本单位不承担任何经济和法律后果。
This report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will not be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.
8. 本单位有权在完成报告后按规定方式处理所测样品。
PONY has the right to dispose the tested sample by rules, after approval of the test report.
9. 本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.
10. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的篡改均属无效,本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。
The report is invalid in case of illegal transfer, embezzlement, imposture, modification or any altering, reproducing except in full, without approval of PONY. PONY shall investigate and affix the applicant's legal liability accordingly.

▲ 防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

- (1) 报告编号是唯一的;
The test report has exclusive report code.
- (2) 报告采用特制防伪纸张印制,纸张表面带有"PONY"防伪纹路,该防伪纹路不支持复印,即复制件不会带有"PONY"防伪纹路。
The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.



全国服务热线

400-819-5688

WWW.PONYTEST.COM

扫描二维码

关注谱尼测试微信

公众号 PONY4008195688




北京实验室: (010) 83055000	武汉实验室: (027) 83997127	哈尔滨实验室: (0451)58627755
上海实验室: (021) 64851999	长春实验室: (0431)85150908	石家庄实验室: (0311)85376660
青岛实验室: (0532)88706866	大连实验室: (0411)87336618	乌鲁木齐实验室: (0991) 6684186
深圳实验室: (0755)26050909	郑州实验室: (0371)69350670	呼和浩特实验室: (0471) 3450025
天津实验室: (022) 23607888	西安实验室: (029) 89608785	杭州实验室: (0571)85806807
苏州实验室: (0512)62997900	太原实验室: (0351) 7555762	宁波实验室: (0574)87977185
		温州实验室: (0577)88271060
		合肥实验室: (0551)63843474
		广州实验室: (020) 89224310
		厦门实验室: (0592)5568048
		成都实验室: (028) 87702708

检测结果

(Test Results)

No. GOLMOXKC355595L1

第 1 页, 共 3 页 (page 1 of 3)

样品名称 (Sample Description)	一次性医用口罩 Disposable Medical Face Mask	样品规格 (Sample Specification)	17.5cm*9.5cm
委托单位 (Applicant)	北京联合康力医疗防护用品有限公司 Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co.,Ltd	商标 (Trade Mark)	—
到样日期 (Received Date)	2020-08-17	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	2020.7.30 20200730
检测日期 (Test Date)	2020-08-17~2020-08-26	样品等级 (Sample Grade)	—
样品状态 (Sample Status)	正常 Normal	检测类别 (Test Type)	委托检测 Commissioning Test
检测项目 (Test Items)	见下页 See next page	检测环境 (Test Environment)	符合要求 To meet the requirements
检测方法 (Test Methods)	见下页 See next page		
所用主要仪器 (Main Instruments)	口罩颗粒物过滤效率及气流阻力测试仪 等 Respirator particle filtration efficiency and airflow resistance tester etc.		
备注 (Note)	1.型号: LHKL-B-I Model: LHKL-B-I 2.生产单位/受检单位: 北京联合康力医疗防护用品有限公司 Manufacturer/Tested company: Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co.,Ltd 3.以上样品信息由委托单位提供 The information of sample was provided by the applicant 4.该报告中检测方法由委托单位指定。 The testing methods mentioned in this report were designated by the applicant. 5.限值标准: BS EN 14683:2019 (IIR 型) Limit Standard: BS EN 14683:2019(Type IIR)		
 PONY 专用章 (Special Stamp of PONY TESTING INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD)	编制人 (Edited by)	张利	
	审核人 (Checked by)	王明	
	批准人 (Approved by)	孙兆增	
	签发日期 (Issued Date)	2020 年 08 月 26 日	

检测结果

(Test Results)

No. GOLMOXKC355595L1

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

序号 (S/N)	检测项目 (Test Item)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)			单项结论 (Evaluation)	检测方法 (Test Method)
1	细菌过滤效率 (BFE) Bacterial filtration efficiency(BFE)	%	≥98	98.62			符合 Pass	BS EN 14683:2019 附录 B Appendix B
				98.97				
				98.79				
				98.75				
				98.92				
2	压力差 Differential pressure	Pa/cm ²	<60	A	B	C	符合 Pass	BS EN 14683:2019 附录 C Appendix C
				1-1	32.9	28.8		
				1-2	25.6			
				1-3	27.0			
				1-4	30.3			
				1-5	28.1			
				2-1	27.8	24.0		
				2-2	23.3			
				2-3	26.1			
				2-4	22.6			
				2-5	20.3			
				3-1	22.0	23.4		
				3-2	19.9			
				3-3	25.6			
				3-4	24.1			
				3-5	25.2			
				4-1	27.8	28.6		
				4-2	28.4			
				4-3	26.8			
				4-4	35.5			
4-5	24.5							
5-1	30.0	28.0						
5-2	33.1							
5-3	28.2							
5-4	23.1							
5-5	25.7							

检测结果 (Test Results)

No. GOLMOXKC355595L1

第 3 页, 共 3 页 (page 3 of 3)

序号 (S/N)	检测项目 (Test Item)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)	单项结论 (Evaluation)	检测方法 (Test Method)
3	抗溅压力 Splash resistance pressure	kPa	≥ 16.0	32 个试样均 > 16.0 Splash resistance pressure of 32 samples were all greater than 16.0	符合 Pass	ISO 22609:2004
4	微生物洁净度 Microbial cleanliness	cfu/g	≤ 30	<1	符合 Pass	BS EN 14683:2019 附录 D Appendix D
				<1		
				<1		
				<1		
				<1		

备注 Note: A-试样编号-测试区域编号 Test Specimen number-Test area number; B-每个测试区域的压力差 Differential pressure for each test area; C-每个试样的平均压差 The averaged differential pressure for each test specimen.

照片 Photo:



——以下空白——
(End of Report)



Información de Producto

Ref. 3500A

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR Con Gomas

Luhepa

INTERNACIONAL, S.L. 

Member of
Uhealth Medical Group

Traducción Oficial al Castellano

Ensayo Norma: EN 14683:2019+AC2019

Ensayo N°: GOLMOXKC355595L1

Laboratorio Acreditado por CNAS N°: L0412



谱尼测试
PONY TESTING

JCFM-2



扫二维码
Escanear el Código QR de WeChat
关注谱尼测试
Seguir PONY TESTING



中国认可
国际互认
Prueba Reconocida en
China con
Reconocimiento
Mutuo Internacional
检测
TESTING
PRUEBA
CNAS L0412

检测报告 Informe de Prueba

No. GOLMOXKC355595L1

样品名称	一次性医用口罩
Nombre de muestra	Mascarilla médica desechable
委托单位	北京联合康力医疗防护用品有限公司
Cliente	Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co., Ltd



PONY 谱尼测试
PONY TESTING

Pony Testing International Group

www.ponytest.com

谱尼测试集团股份有限公司 检验检测专用章（印章）
Sello especial para inspección y prueba de Pony Testing International Group (sello)

声明
Declaración

1. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。
1. Este informe no será válido sin el sello especial para inspección y prueba, sello de paginación de informe y firma y sello del aprobador.
2. 本报告页面所使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标，其受《中华人民共和国商标法》保护，任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、“谱尼”商标均为违法侵权行为，本单位将依法追究其法律责任。
2. Las letras "PONY" y "谱尼" utilizadas en las páginas de este informe son marcas registradas de PONY TESTING y están protegidos por la *Ley de Marcas de la República Popular de China*. Cualquier uso, imitación, falsificación o alteración de las marcas "PONY" y "谱尼" no autorizados es una infracción ilegal, y PONY investigará su responsabilidad legal de acuerdo con la ley.
3. 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内（初级农产品报告请于报告收到之日起五日内）向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
3. Si el Cliente tiene objeciones a los datos del informe, presente una solicitud de re-prueba por escrito a PONY dentro de los 15 días siguientes a la fecha de finalización del informe (dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recepción del informe para productos agrícolas primarios), adjunte el original del informe y pague por adelantado la tarifa de re-prueba.
4. 委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。
4. Después de que el Cliente complete los trámites anteriores, PONY organizará la re-prueba lo antes posible. Si los resultados de la re-prueba son consistentes con el contenido de la objeción, PONY reembolsará la tarifa de re-prueba del Cliente.
5. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
5. Si la prueba no se puede repetir o no se puede volver a probar, el Cliente renunciará a su derecho a presentar objeciones.
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性如责，否则本单不承担任何相关责任。
6. El Cliente es responsable de la representatividad de la muestra y la autenticidad de los datos, de lo contrario PONY no asume ninguna responsabilidad.
7. 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律后果。
7. Este informe sólo es responsable de las muestras analizadas, y los datos del informe sólo reflejan la evaluación para las muestras analizadas. PONY no asumirá ninguna responsabilidad económica y legal por el uso del informe y su contenido, las pérdidas directas o indirectas derivadas de su uso y todas las consecuencias legales.

8. 本单位有权在完成报告后按规定方式处理所测样品。
8. PONY tiene derecho a procesar las muestras analizadas de la manera prescrita después de completar el informe.
9. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
9. PONY garantizará la objetividad e imparcialidad del trabajo y mantendrá confidencial la información comercial, los documentos técnicos y otros secretos comerciales del Cliente.
10. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制（全文复制除外）或以其它任何形式的篡改均属无效，本单位将对上述行为严本等相应的法律责任。
10. Este informe será inválido en caso de transferencia no autorizada, apropiación indebida, malversación, alteración, reproducción (excepto la reproducción de todo el texto) o cualquier otra forma de modificación sin la aprobación de PONY. PONY investigará estrictamente la responsabilidad legal correspondiente para los actos antes mencionados.

▲ 防伪说明：

▲ Instrucciones anti-falsificación:

- (1) 报告编号是唯一的；
- (1) El número del informe es único;
- (2) 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有"PONY"防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制件不会带有"PONY"防伪纹路。
- (2) El informe se imprime en un papel especial contra falsificación cuya superficie presenta una impresión segura "PONY" con técnicas antifalsificación específicas. Esta impresión segura no admite la reproducción, es decir, la copia no tendrá impresión segura "PONY".





全国服务热线

Línea directa nacional de servicio
400-819-5688

扫描二维码

Escanear el código QR

关注谱尼测试微信

Seguir WeChat de PONY TESTING

公众号 PONY4008195688

Cuenta Oficial PONY4008195688



WWW.PONYTEST.COM

北京实验室: (010) 83055000	武汉实验室: (027) 83997127	哈尔滨实验室: (0451) 58627755
Laboratorio en Beijing: (010) 83055000	Laboratorio en Wuhan: (027) 83997127	Laboratorio en Harbin: (0451) 58627755
上海实验室: (021) 64851999	长春实验室: (0431) 85150908	石家庄实验室: (0311) 85376660
Laboratorio en Shanghai: (021) 64851999	Laboratorio en Changchun: (0431) 85150908	Laboratorio en Shijiazhuang: (0311) 85376660
青岛实验室: (0532) 88706866	大连实验室: (0411) 87336618	乌鲁木齐实验室: (0991) 6684186
Laboratorio en Qingdao: (0532) 88706866	Laboratorio en Dalian: (0411) 87336618	Laboratorio en Urumqi: (0991) 6684186
深圳实验室: (0755) 26050909	郑州实验室: (0371) 69350670	呼和浩特实验室: (0471) 3450025
Laboratorio en Shenzhen: (0755) 26050909	Laboratorio en Zhengzhou: (0371) 69350670	Laboratorio en Hohhot: (0471) 3450025
天津实验室: (022) 23607888	西安实验室: (029) 89608785	杭州实验室: (0571) 85806807
Laboratorio en Tianjin: (022) 23607888	Laboratorio en Xi'an: (029) 89608785	Laboratorio en Hangzhou: (0571) 85806807
苏州实验室: (0512) 62997900	太原实验室: (0351) 7555762	宁波实验室: (0574) 87977185
Laboratorio en Suzhou: (0512) 62997900	Laboratorio en Taiyuan: (0351) 7555762	Laboratorio en Ningbo: (0574) 87977185
		厦门实验室: (0592) 5568048
		Laboratorio en Xiamen: (0592) 5568048
		成都实验室: (028) 87702708
		Laboratorio en Chengdu: (028) 87702708





检测结果
Resultados de prueba

No. GOLMOXKC355595L1

第 1 页, 共 3 页

Página 1 de 3

样品名称 Nombre de muestra	一次性医用口罩 Mascarilla médica desechable	样品规格 Especificaciones de muestra	17,5cm*9,5cm
委托单位 Cliente	北京联合康力医疗防护用品有限公司 Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co., Ltd	商标 Marca	—
到样日期 Fecha de llegada de muestra	2020-08-17 17-08-2020	生产日期或批号 Fecha de producción o número de lote	2020.7.30 30-07-2020 20200730
检测日期 Fecha de prueba	2020-08-17~2020-08-26 17-08-2020~26-08-2020	样品等级 Grado de muestra	—
样品状态 Estado de muestra	正常 Normal	检测类别 Categoría de prueba	委托检测 Prueba encomendada
检测项目 Ítem de prueba	见下页 Ver página siguiente	检测环境 Entorno de prueba	符合要求 Cumplir con los requisitos
检测方法 Método de prueba	见下页 Ver página siguiente		
所用主要仪器 Principales instrumentos utilizados	口罩颗粒物过滤效率及气流阻力测试仪等 Medidor de eficiencia de filtración de partículas y resistencia al flujo de aire de la mascarilla		
备注 Observaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. 型号: LHKL-B-I 1. Modelo: LHKL-B-I 2. 生产单位/受检单位: 北京联合康力医疗防护用品有限公司 2. Fabricante / Unidad inspeccionada: Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co., Ltd 3. 以上样品信息由委托单位提供 3. La información de las muestras anteriores es proporcionada por el Cliente 4. 该报告中检测方法由委托单位指定。 4. Los métodos de prueba en el informe son designados por el Cliente. 5. 限值标准: BS EN 14683:2019 (IIR 型) 5. Norma para valor límite: BS EN 14683:2019 (tipo IIR) 		
PONY 专用章 Sello especial de PONY	编制人 Preparado por	(签名) (firma)	
	审核人 Revisado por	(签名) (firma)	
	批准人 Aprobado por	(签名) (firma)	
	签发日期 Fecha de emisión	2020 年 08 月 26 日 26 de agosto de 2020	



谱尼测试集团股份有限公司 检验检测专用章 (印章)

Sello especial para inspección y prueba de Pony Testing International Group (sello)



Hotline 400-819-5688



Línea directa 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-BG186-01A-1-B-1-0I-2019A

谱尼测试集团股份有限公司

Pony Testing International Group

公司地址: 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼
5 层 101

Dirección de la Empresa: Oficina 101, Piso 5,
Edificio 1, Patio No. 66, Calle de Jindai, Distrito
de Haidian, Beijing

检测地址: 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼
Dirección de prueba: Edificio 1, Patio No. 66,
Calle de Jindai, Distrito de Haidian, Beijing

电话: 010-83055000

传真: 010-82619629

Teléfono:

010-83055000

Fax: 010-82619629



检测结果
Resultados de prueba

No. GOLMOXKC355595L1

第 2 页, 共 3 页

Página 2 de 3

序号 Número de serie	检测项目 Ítem de prueba	单位 Unidad	限值 Valor límite	检测结果 Resultados de prueba			单项结论 Conclusión de un ítem	检测方法 Método de prueba
1	细菌过滤效率 (BFE) Eficiencia de filtración de bacteria (BFE)	%	≥98	98,62			符合 Cumpli	BS EN 14683:2019 附录 B Anexo B
				98,97				
				98,79				
				98,75				
				98,92				
2	压力差 Diferencia de presión	Pa/cm ²	<60	A	B	28,8	符合 Cumpli	BS EN 14683:2019 附录 C Anexo C
				1-1	32,9			
				1-2	25,6			
				1-3	27,0			
				1-4	30,3			
				1-5	28,1			
				2-1	27,8	24,0		
				2-2	23,3			
				2-3	26,1			
				2-4	22,6			
				2-5	20,3			
				3-1	22,0	23,4		
				3-2	19,9			
				3-3	25,6			
				3-4	24,1			
				3-5	25,2			
				4-1	27,8	28,6		
				4-2	28,4			
				4-3	26,8			
				4-4	35,5			
4-5	24,5							
5-1	30,0	28,0						
5-2	33,1							
5-3	28,2							
5-4	23,1							
5-5	25,7							



Hotline 400-819-5688



Línea directa 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-BG186-01A-1-B-1-0I-2019A

谱尼测试集团股份有限公司

Pony Testing International Group

公司地址: 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼
5 层 101

Dirección de la Empresa: Oficina 101, Piso 5,
Edificio 1, Patio No. 66, Calle de Jindai, Distrito
de Haidian, Beijing

检测地址: 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼

Dirección de prueba: Edificio 1, Patio No. 66,
Calle de Jindai, Distrito de Haidian, Beijing

电话: 010-83055000

传真: 010-82619629

Teléfono:

010-83055000

Fax: 010-82619629

检测结果
Resultados de prueba

No. GOLMOXKC355595L1

第 3 页, 共 3 页

Página 3 de 3

序号 Número de serie	检测项目 Ítem de prueba	单位 Unidad	限值 Valor límite	检测结果 Resultados de prueba	单项结论 Conclusión de un ítem	检测方法 Método de prueba
3	抗溅压力 Presión a prueba de salpicaduras	kPa	≥16,0	32 个试样均>16.0 32 muestras > 16,0	符合 Cumpli	ISO 22609:2004
4	微生物洁净度 Limpieza microbiana	cfu/g	≤30	<1	符合 Cumpli	BS EN 14683:2019 附录 D Anexo D
				<1		
				<1		
				<1		
				<1		

备注: A-试样编号-测试区域编号 B-每个测试区域的压力差 C-每个试样的平均压差。
Nota: A - Número de muestra - Número de área de prueba B - Diferencia de presión de cada área de prueba C - Diferencia de presión media de cada muestra.

照片

Fotos



— 以下空白 —

- lo siguiente está en blanco -

Hotline 400-819-5688
Línea directa 400-819-5688
www.ponytest.com
PONY-BG186-01A-1-B-1-0I-2019A

谱尼测试集团股份有限公司
Pony Testing International Group
公司地址: 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101
电话: 010-83055000
传真: 010-82619629
Dirección de la Empresa: Oficina 101, Piso 5, Edificio 1, Patio No. 66, Calle de Jindai, Distrito de Haidian, Beijing
Teléfono: 010-83055000
Fax: 010-82619629
检测地址: 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼
Dirección de prueba: Edificio 1, Patio No. 66, Calle de Jindai, Distrito de Haidian, Beijing